

## 招 標 規 範

**標的名稱：水中重秤重設備等1批**

項次	品 名	規 格	單位	數量
1	水中重秤重設備	<p>1.含恆溫水槽、磅秤、工作桌與網籃。</p> <p>2.恆溫水槽：具漏電保護開關。水溫可控制<math>23\pm1^{\circ}\text{C}</math>或<math>25\pm1^{\circ}\text{C}</math>，內部尺寸足以放入試驗網籃。</p> <p>3.磅秤：具底部吊秤；最大秤重16kg，最小讀值0.1g。</p> <p>4.工作桌：配合分離式水槽使用，具可調整水平腳。工作桌應可承受100 kg以上之重量。</p> <p>5.網籃：孔徑不大於1.70 mm之鋼絲網籃。懸吊鋼絲應可吊重10kg以上，且鋼絲直徑須小至其浸入水中長度之變化不影響秤重。</p>	組	1
2	熱風循環烘箱	<p>溫度範圍：常溫~200°C。</p> <p>溫度精度：0.5°C 分佈度2°C。</p> <p>內尺寸：W120xD60xH100cm以上。</p> <p>PID微電腦控制；LED雙顯示幕。</p> <p>材質：內SUS-430不鏽鋼外鍍鋅鋼板烤漆。</p> <p>具EGO超高溫保護裝置與漏電保護開關。</p> <p>具定時器。</p> <p>電源：AC 220V/3相。</p> <p>底部附加耐重力活動輪，移動容易。</p>	台	1
3	細骨材篩網	<p>Ø12"圓形試驗篩。</p> <p>一套含#4,#8,#16,#30,#50,#100,#200等篩網。</p> <p>材質：銅框不鏽鋼網。</p> <p>篩網孔徑、線徑需符合ASTM E11規範。</p>	套	3

4	SCC 流度試驗 V 型 漏斗試驗儀	1. 流度桶採4mm以上之不鏽鋼製成。 2. 出口口徑75×75mm，其他相關尺寸應符合CNS 14841之規定。 3. 含平直刮刀、不鏽鋼水桶一只(含)以上、塑膠 燒杯5000ml一個(含)以上。	台	1
5	馬歇爾試驗恆溫水 槽	1. 溫度範圍：常溫~100°C 。 2. 溫度可控制在80±1°C 。 3. PID溫度控制、LED雙溫度顯示。 4. 內槽尺寸：W55×D35×H20 cm以上。 5. 具漏電保護開關。	台	1
備註	(1) 請檢附型錄並按招標規範內容以螢光筆逐條標示，以供單位審核。 (2) 得標廠商交貨時須附保固書，在保固壹年內於正常操作下，所引起之一切損壞 需免費維修。 (3) 得標廠商必須負責電箱至儀器放置位置之電源線與無熔絲開關之設置。			

投標廠商用印處



年      月      日